ООО Научно-производственное общество «ЮМАС»
Россия, 121552, г.Москва, ул.Ярцевская, д.29, корп.2
Тел.: (495) 730-20-20, (800) 1-000-818
www.jumas.ru e-mail: info@jumas.ru

форма Т-01

НПО ЮМАС

ТЕРМОМЕТР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТБП и ТБПю

ПАСПОРТ
ФИУШ 4212-001-62100924-2010 ПС4

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Термометры биметаллические показывающие ТБП и ТБПю предназначены для измерения температуры различных некристаллизующихся сред (жидкости, газа, пара).

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Предел измерений и класс точности прибора указаны на циферблате.

2.2 Резьба присоединительного штуцера: G1/2; М20×1,5.

2.3 Масса приборов, кг, не более: ТБП40, ТБП40ю – 0,05; ТБП63, ТБП63ю – 0,5; ТБП100, ТБП100ю - 0,7; ТБП160, ТБП160ю - 0,9.

2.4 По защищённости от проникновения твёрдых частиц, пыли и воды приборы изготавливаются групп исполнения IP51.

2.5 Прибор драгметаллов не содержит.

2.6 Приборы предназначены для работы при температуре окружающего воздуха –60…+60 ^{0}C.

2.7 Изменение показаний термометра, вызванное отклонением температуры окружающего воздуха от (20±5) ^{0}C до любой температуры, указанной в п.2.6 не должно превышать 0,5 ^{0}C на каждые 10 ^{0}C.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Прибор подлежит поверке по МП 51087-12. Межповерочный интервал - 36 месяцев.

3.2 Запрещается применять термометр для измерения температуры, превышающей верхний предел измерения.

ПРИКЛАДЫВАТЬ УСИЛИЕ К КОРПУСУ ПРИБОРА ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество	Примечание
1. Прибор	1	
2. Паспорт	1	
3. Методика поверки	-	По требованию заказчика

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор соответствует требованиям ТУ 4212-001-62100924-2010 и признан годным для эксплуатации. Поверка выполнена в аккредитованной лаборатории НПО «ЮМАС».

Дата изготовления АВГ 2023

Поверитель 2вяи3 *

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Гарантийный срок эксплуатации прибора - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

6.2 Приборы, имеющие механические повреждения корпуса, стекла, шкалы и т.д., вызванные несоблюдением правил монтажа и эксплуатации, гарантийному обслуживанию не подлежат.

6.3 Гарантийный срок хранения прибора – 9 месяцев с момента изготовления.

Техническая продукция защищена патентами России, Украины, Белоруссии. Нарушение интеллектуальной собственности, как на изделие, так и на отдельные узлы преследуется по закону.

* знак поверки информационный