«Р У С Г Е О К О М»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Юридический адрес: 129327, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бабушкинский, ул. Коминтерна, д. 7, корп. 2
Почтовый адрес: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, дом 7, к. 2
ИНН 7716540377 КПП 771601001 ОГРН 1057749697444
Тел./факс: + 7 (495) 604-00-00
Сайт: www.rusgeocom.ru; E-mail: lab@rusgeocom.ru

АТТЕСТАТ
№ 2515709

Дата выдачи: 14 июля 2025 г.

Удостоверяется, что: **Плотномер динамический RGK Д-51**
наименование и обозначение испытательного оборудования

Заводской номер: 70238

Принадлежащее: [redacted]
наименование организации

По результатам первичной аттестации, проведенной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-2017, протокол № 2515709ПТ от 14 июля 2025 г. признан годным для определения и контроля степени плотности грунтов согласно СП 78.13330.2012

Рекомендуемый интервал между аттестациями: **12 месяцев**

Аттестат выдан: **ООО «РУСГЕОКОМ», ИНН 7716540377**
наименование юридического лица, ИНН

Главный метролог
ООО «РУСГЕОКОМ» **Баландин С.В.**

Инженер-Метролог **Борисевич В.А.**

ПРОТОКОЛ № 2515709ПТ от 14 июля 2025 г.
ПЕРВИЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Основные сведения об испытательном оборудовании:

1.1. Наименование: Плотномер динамический RGK Д-51

1.2. Принадлежность: [illegible]

1.3. Заводской номер: 10238

1.4. Место проведения аттестации: ООО «РУСГЕОКОМ».

2. Документы, используемые при аттестации:

- ГОСТ Р 8.568-2017 ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Общие требования;
- Плотномер динамический RGK Д-51/RGK Д-51А. Программа и методика первичной (периодической) аттестации.

3. Условия проведения аттестации:

- температура окружающей среды …… +23 °С;
- относительная влажность …… 56 %;
- атмосферное давление.....748 мм рт.ст

4. Средства измерений, применяемые при проведении аттестации:

- Прибор комбинированный Testo 622, зав. № 39544603/1024, свидетельство о поверке № С-ЕВК/25-03-2025/421022813 от 25.03.2025 до 24.03.2026 г.
- Штангенциркуль ШЦЦ-I-300-0,01 зав. № 2210492, свидетельство о поверке № С-АКЗ/15-04-2025/425620166 от 15.04.2025 до 14.04.2026 г.
- Угломер с нониусом типа 1 модификация 1-5, зав. №9621, свидетельство о поверке № С-АКЗ/07-07-2025/446003899 от 07.07.2025 до 06.07.2026 г.
- Линейка измерительная металлическая 500 мм СТИЗ зав. №11204, свидетельство о поверке № С-ЕВЕ/30-08-2024/366596517 от 30.08.2024 до 29.08.2025 г.
- Весы CAS ED-H-3 зав. № 1104ED034137, свидетельство о поверке № С-ДВЗ/04-04-2025/423998521 от 04.04.2025 до 03.04.2026 г.

5. Результаты аттестации.

5.1 При внешнем осмотре установлено:

- комплектность эксплуатационной документации на испытательное оборудование - полная;
- внешний вид прибора и его составных частей соответствует требованиям эксплуатационной документации;
- маркировка прибора соответствует данным, указанным в РЭ; повреждения и дефекты отсутствуют;
- комплектность прибора соответствует установленным требованиям;
- компоненты, конструктивные элементы и механизмы прибора не содержат дефектов, влияющих на работу;

6. Определение характеристик:

Таблица 1 Определение технических характеристик

Наименование характеристики	Номинальные значения	Допустимые отклонения	Заключение
Масса гири	2500 г	± 25 г	соответствует
Диаметр основания конуса	16 мм	± 0,1 мм	соответствует
Угол при вершине конуса	60°	± 2°	соответствует
Длина стержня	300 мм	± 3 мм	соответствует
Расстояние между рисками на штоке	100 мм	± 3 мм	соответствует

7. Заключение по результатам первичной аттестации

7.1 По результатам первичной аттестации установлено, что плотномер динамический RGK Д-51 зав. № 10238 признан годным и допускается к применению.

7.2 Рекомендуемый интервал между аттестациями – 12 месяцев.

Инженер-метролог
ООО «РУСГЕОКОМ» Борисевич В.А.