АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕТРОЛОГИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА»
410044, ГОРОД САРАТОВ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ, 1, ТЕЛ. +7 903 0454312, mail:
sniim@mail.ru

АТТЕСТАТ

№ АСВ/0022-1612/25-1 от 16 декабря 2025 года

Удостоверяет, что ДИНАМИЧЕСКИЙ ПЛОТНОМЕР, Д-51А
наименование и обозначение испытательного оборудования
Заводской номер № 49
оборудования, заводской или инвентарный номер
принадлежащее (заказчик) [redacted]
наименование предприятия (организации), подразделения, центра

--

по результатам аттестации, протокол аттестации ПЕРВИЧНАЯ
№ АСВ/0022-1612/25-1 от 16 декабря 2025 года **признано пригодным для использования при испытаниях** -
наименование продукции (при необходимости)
по СТБ.Л.2023.0001А «Плотномер динамический. Технические условия»
наименование и обозначение документов, методики испытаний (при необходимости)

Периодичность (рекомендуемая) аттестации 12 (двенадцать) **месяцев**

Аттестат выдан АНО «СНИИМ и С», ИНН 6453085532
наименование предприятия (организации), выдавшей аттестат

Руководитель предприятия (организации), выдавшего аттестат **А. Ю. Воробьев**

М.П.

ПРОТОКОЛ АТТЕСТАЦИИ № АСВ/0022-1612/25-1 от 16 декабря 2025 года

Наименование ИО (СИ) ДИНАМИЧЕСКИЙ ПЛОТНОМЕР, Д-51А

Заводской (инвентарный) 49

Принадлежащий (заказчик) [redacted]

Наименование НТД СТБ.Л.2023.0001А «Плотномер динамический. Технические условия»

1 Условия проведения измерений

- температура окружающего воздуха 20°С
- относительная влажность воздуха 48%

2 При проведении аттестации использовались следующие средства измерений:

ПП	Наименование и тип СИ	Метрологические характеристики СИ
1	Угломер с нониусом типа 1 ГОСТ 5378 ,№ 1744И	Диапазон измерений (0-180)°, Δ = ± 5´
2	Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166, № 304325	Диапазон измерений 0-250 мм, Δ = ± 0,05 мм
3	Линейка измерительная металлическая ГОСТ 427, № 5	Диапазон измерений 0-1000 мм, Δ = ± 0,15 мм
4	Весы электронные, CAS MW-II-300(10…3000 г, ц.д. 0,1 г) (Корея), № 041501053 (2006)	Допустимая масса до 3000 г, дискретность ,0,1 г, класс точности II

3 Внешний осмотр соответствует установленным требованиям

4 Опробование соответствует установленным требованиям

5 Результаты измерений характеристик испытательного оборудования:

ПП	Наименование параметра	Номинальное значение и предельные отклонения	Измеренное значение
1	Диаметр основания конуса, мм	16,0± 0,2	соответствует
2	Угол при вершине конуса, °	60± 2	соответствует
3	Высота падения гири (ударника), мм	300± 3	соответствует
4	Масса гири (ударника), г	2500±20	соответствует
5	Масса плотномера без гири (ударника), кг	не более 1,4	соответствует
6	Расстояние между рисками на штоке, мм	100±1	соответствует
7	Длина штока с коническим наконечником, мм	300± 2	соответствует
8	Диаметр штампа, мм	100,0±0,2	соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Заключение и рекомендации комиссии: на основании результатов аттестации, ДИНАМИЧЕСКИЙ ПЛОТНОМЕР, Д-51А, зав. № 49, признан пригодным к эксплуатации.

Рекомендуемая периодичность аттестации один раз в год.

Руководитель предприятия (организации),
выдавшего аттестат _____ А. Ю. Воробьев

от ООО «СКБ 76», ИНН 7814623984 _____ С.И. Попов

от ООО «СКБ 76», ИНН 7814623984 _____ В.А. Каракозов

- Положение Системы добровольной сертификации испытательных лабораторий (центров) «Межотраслевые системы качества» «Об осуществлении аттестации оборудования и систем мониторинга», уведомляет о начале осуществления следующего вида (видов) деятельности испытательной лаборатории метрологического обеспечения (ЛМО/КЛ-003005)[3], по аттестации оборудования (приборов) и систем мониторинга РЕЕСТР №ЛМО/КЛ003005А/31012025.
- Аттестат не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ЛАБОРАТОРИИ.
- ГОСТ Р 8.568-2017 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.
- Изделие не может быть использовано в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.
- **Контактную информацию о Заказчике (тел., e-mail, и т.д.) возможно узнать в сети Интернет (запрос производить по данным ИНН).**

* - указывается при необходимости.